AIRSIM簡易取扱説明書

1）設置場所

平らで本体裏面の吸盤がしっかり付く台の上に固定して下さい。場合によっては吸盤を少し水で湿らすとしっかり固定できることがあります。

2）頚部屈曲調整

頚部の屈曲角度を調整するときは必ず黒い調節ねじを緩めてから調節して下さい。(右図1）緩めずに角度を調整しようとすると破損することがあります。

3）舌の大きさ調整

下額から出ている差込口にしっかりとシリンジを差して大きさを調整して下さい。極端に空気を注入すると破損することがありますのでご注意下さい。(右図2)

4）潤滑剤

本製品には内分泌液がないので、喉頭鏡や挿管器具を挿入する前に、硬口蓋や舌周辺に水溶性潤滑剤（KYゼリーなど）を塗布し、挿管器具にも必ず十分な量の水溶性潤滑剤を塗布して下さい。

5）作業台からの取外し

裏面の吸盤は非常に強力に固定されていますので、無理に引き離そうとすると破損する恐れがあります。薄い定規や下敷きなどを吸着面に差し込んで外してください。

6）洗浄

洗浄は中性洗剤を使用して下さい。（グルタルアルデヒド（Cidexなど）、エチレンオキサイド、フェノール系洗剤、ヨウ素を含む殺菌剤、消毒液、化学薬品などは使用しないで下さい。それらの物質は性質の変化から人体に危害を及ぼす危険や製品劣化がありますので使用はお避け下さい。）ブラシを使用する際は、豚毛ブラシ（直径12.5mm程度）をご使用し、気管を傷つけないように十分に注意して下さい。

7）保管方法

保管の際は、直射日光を避け清潔且つ乾燥した場所に保管して下さい。
金属、溶剤、油、強力洗剤などとの接触は避けて下さい。

その他何かご不明な点がございましたら下記までお問合せください。

日本ライトサービス株式会社　医学教育機器事業部

TEL:　03－3815－2354　　e－mail:　igaku@nlsinc.co.jp